


**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
ഒന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നം. 1818

14.07.2011 - ൽ മറുപടിക്ക്

**കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എക്സ്റേ
മെഷീൻ സ്ഥാപിക്കുവാൻ നടപടി**

ചോദ്യം	മറുപടി
ശ്രീ. ബാബു. എം. പാലിശ്ശേരി	ശ്രീ. അടൂർ പ്രകാശ് (ആരോഗ്യവും കയറും വകുപ്പു മന്ത്രി)
(എ) കുന്നംകുളം ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എക്സ്റേ മെഷീൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിടുന്നതുമൂലം രോഗികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
(ബി) എങ്കിൽ എക്സ്റേ മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കുമോ?	(ബി) കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് ലഭിച്ച എക്സ്റേ മെഷീൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം മാത്രമേ മെഷീൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ത്രീ ഫേയ്സ് കണക്ഷനു വേണ്ടി പണമടച്ച് കെ.എസ്.ഇ.ബി. യിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇതിനുള്ള സൗകര്യം നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ